


Анализ качества водки, спирта этилового  
Спирт-сырец

Колонка: HP-WAX  
60 м × 0,53 мм × 1,0 мкм

Детектор: ПИД

Хроматограф: HP-6890

+ UniChrom



Использование основного компонента (этанола) в качестве внутреннего стандарта позволит избежать длительных и утомительных процедур, связанных с приготовлением аттестованных растворов и градуировкой хроматографического комплекса.

Погрешность измерений не увеличится!

Общее время анализа сократится!

